



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
„ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ  
/ДП „ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ“/

Атестат акредитації № ПК 003-2004 від 27.05.2004р

## СВІДОЦТВО про державну метрологічну атестацію

№ 06-1899

від 20 травня 2008 р.

Комірка вимірювальна ЯИ-80 № 802 2008 р.

назва засобу вимірювальної техніки, позначення, порядковий номер, дата виготовлення

Виробник ТОВ „Харківенергоприлад“  
назва підприємства

Належить ТОВ „Харківенергоприлад“  
назва підприємства (організації)

Призначення (галузь застосування) ЗВТ Випробування міцності ізоляції, вимірювання

опору ізоляції та опору заземлення електричних пристроїв

Умови проведення Температура повітря 19 °С; відносна вологість 60 %; атмосферний тиск 102 кПа  
(температура, вологість тощо)

### Результати метрологічної атестації

Назва метрологічної характеристики	Одержане значення метрологічної характеристики	Назва, тип, основні метрологічні характеристики робочих еталонів, застосованих під час атестації
1	2	3
Найбільша зведена похибка вимірювання напруги змінного струму у діапазоні від 20,0 до 80,0 кВ	+ 0,71 % в точці 40 кВ	Вольтметр універсальний цифровий В7-46, трансформатор напруги И-50, трансформатор напруги НЛЛІ-35.

За результатами державної метрологічної атестації (протокол № 62148 20 травня 2008 р.)

Комірка вимірювальна

назва,

ЯИ-80

позначення атестованого ЗВТ

визнано, таким що відповідає „Ячейка измерительная ЯИ-80. Руководство по эксплуатации“  
назва технічної документації, що містить вимоги до метрологічних характеристик

та придатний до застосування

Повірку проводити відповідно до „Метрология. Ячейка измерительная ЯИ-80.“  
назва та позначення документа, що містить методику повірки атестованого ЗВТ

Методика поверки” МП X 06. 1568 – 2006

Міжповітряний інтервал - 1 рік

Генеральний директор

М.М. Будьонний

Керівник підрозділу

В.С. Мазур

Примітка 1. Свідоцтво зберігається протягом усього періоду експлуатації ЗВТ.

Примітка 2. Свідоцтво не можна відтворювати без письмового дозволу ДП „Харківстандартметрологія“

